

Warszawa, 13.10.2009

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę maszyny pomiarowej 3D nr 174589-2009z dnia 9.10.2009r.

(sprawa: KZP/35/2009).



Certyfikaty zgodności:
z PN-EN ISO 9001:2001
nr 366/3/2006
z kryteriami WSK
nr JW-180/1/2006



AQAP 2110:2003
Certyfikat
Nr 414/A/2005



Jednostka
certyfikująca
wyroby



Certyfikat
akredytacji
Nr AC 060

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zmianami), Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawców.

Czy możliwa jest dostawa maszyny pomiarowej 3D o konstrukcji portalowej spełniającej wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający oczekuje ofert na maszynę zbudowaną w postaci bramy jeżdżącej po stole i określenie „portalowa” spełnia te wymagania.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego.