

Warszawa, 23.02.2009

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń pomiarowych i laboratoryjnych

(sprawa: KZP/5/2010).



Certyfikaty zgodności:
z PN-EN ISO 9001:2001
nr 366/3/2006
z kryteriami WSK
nr JW-180/1/2006



AQAP 2110:2003
Certyfikat
Nr 414/A/2005



Jednostka
certyfikująca
wyroby



Certyfikat
akredytacji
Nr AC 060

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zmianami), Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawców.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga kolorowego wyświetlacza LCD o przekątnej nie mniejszej niż 7 cali i rozdzielczości nie mniejszej niż 480x234 pixeli umożliwiające gradację intensywności przebiegów?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga kolorowego wyświetlacza LCD o przekątnej nie mniejszej niż 7 cali

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymagając w SIWZ 16 kanałów cyfrowych wymaga również dostarczenia sondy logicznej obsługującej wymienione 16 kanałów cyfrowych o pojemności nie większej niż 8pF oraz rezystancji nie mniejszej niż 10 kΩ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczenia sondy logicznej obsługującej 16 kanałów logicznych o pojemności nie większej niż 8pF i impedancji nie mniejszej niż 100kΩ

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby częstotliwość próbkowania 1GS/s dla kanałów analogowych była częstotliwością próbkowania w czasie rzeczywistym i dla przebiegów jednokrotnych?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby częstotliwość próbkowanie 1GS/s dla kanałów analogowych była częstotliwością próbkowania w czasie rzeczywistym i dla przebiegów jednokrotnych.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga również długości rekordu minimum 1 Mln punktów dla kanałów cyfrowych?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga długości rekordu 1 mln punktów zarówno dla kanałów analogowych jak i cyfrowych.



Pytanie 5

Czy zamawiający wymaga przy rozdzielczości podstawy czasu od 2ns do 100s na działkę opóźnienia podstawy czasu w zakresie minimum 10dz do 5000s dla zwiększenia możliwości pomiarowych?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zakresu opóźnienia podstawy czasu nie mniejszej niż -10dz do 5000s.

Certyfikaty zgodności:
z PN-EN ISO 9001:2001
nr 366/3/2006
z kryteriami WSK
nr JW-180/1/2006



AQAP 2110:2003
Certyfikat
Nr 414/A/2005

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga kompletu czterech sond pasywnych, co najmniej 200 MHz, 300Vms, z dzielnikiem 1x/10x?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga kompletu czterech sond pasywnych, co najmniej 200MHz, 300Vrms (nie koniecznie z dzielnikiem 1x/10x)



Jednostka
certyfikująca
wyroby

Pytanie 7

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „środowiska Matlak”? Czy chodzi o środowisko Matlab i jest to zwykły błąd literowy?

Odpowiedź

Zamawiający miał na myśli środowisko Matlab, jest to zwykły błąd literowy.



Certyfikat
akredytacji
Nr AC 060