

Warszawa, 09.02.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę przenośnego analizatora mikrofalowego

(sprawa: KZP/02/2017).



Certyfikaty na zgodność z:
PN-EN ISO 9001:2001
i Kryteriami WSK



Certyfikaty zgodności:
z PN-EN ISO 9001:2001
nr 366/3/2006
z kryteriami WSK
nr JW-180/1/2006

Pyt. 1

Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę przedmiotu zamówienia powystawowego (sprzętu demo) z pełną gwarancją i aktualną kalibracją?

Uzasadnienie:

Akceptacja Zamawiającego umożliwi większej liczbie wykonawców złożenie oferty co zwiększy konkurencję i spowoduje spadek cen ofertowych bez uszczerbku dla jakości oferowanego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dostawę, jako przedmiotu zamówienia sprzętu powystawowego jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

- sprzęt zostanie poddany oględzinom przez Zamawiającego przed wyborem Wykonawcy i zawarciem umowy. Sprzęt nie może nosić wyraźnych śladów użytkowania, nie może posiadać rys, ani żadnych zużytych elementów.
- urządzenie będzie posiadało ważne świadectwo kalibracji z zastrzeżeniem, że w chwili dostawy od dnia przeprowadzenia kalibracji nie upłynęło więcej niż 3 miesiące.

Wykonawca składając ofertę na sprzęt powystawowy musi obligatoryjnie podać taką informację w złożonej ofercie.

Gwarancja na sprzęt powystawowy musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego, tj. minimum 24 miesiące od daty dostawy sprzętu potwierdzonej protokołem odbioru.



AQAP 2110:2003
Certyfikat
Nr 414/A/2005



Jednostka
certyfikująca
wyroby



Certyfikat
akredytacji
Nr AC 060